

Gdańsk, 27.11.2019 r.

ZP.280.17.2019

do Wykonawców

dotyczy: postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu georadarowego wraz z oprogramowaniem i przeprowadzeniem szkolenia dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zamawiający – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, udziela stosownych odpowiedzi na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1.

„Wnioskuje o dopuszczenie do przetargu urządzeń, w których ładowarki podłączenia do zewnętrznego źródła energii, napięcia 12V pracują z możliwością podłączenia do akumulatora (standardowe klemy), system ten jest bardziej uniwersalny i bardziej autonomiczny, pozwala na ładowanie w terenie, do którego nie można wjechać samochodem z wyjściem „zapalniczki”.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenia, o których mowa j.w.

Pytanie 2.

„Wnioskuje o dopuszczenie do przetargu jednostki centralnej gdzie dane zebrane podczas pracy są zapisywane bezpośrednio na dysku komputera obsługującego zestaw, zapis w tej formie jest pewniejszy, wyklucza możliwość niezarejestrowania danych. Operator cały czas kontroluje zapis danych. Opcja zgrywania na karty SD jest niezbędna do przeniesienia danych do komputera. W przypadku zapisu na niezależnym komputerze w terenie, czytnik kart SD jest zbędny”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenia, o których mowa j.w.

Pytanie 3.

„ Wnioskuje o dopuszczenie do przetargu urządzenia z opcją dokładnego pomiaru GPS/RTK, jako anteny zewnętrznej podpiętej do jednostki centralnej georadaru, wbudowany moduł GPS daje kilkumetrowe pole błędu i w przypadku np. precyzyjnego poszukiwania zwłok, nie daje oczekiwanych rezultatów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenia, o których mowa j.w.

Jednocześnie doprecyzowuje się zapisy związane z miejscem dostawy i serwisowania. Przez siedzibę Zamawiającego, należy również rozumieć Oddział Muzeum znajdujący się na terenie Westerplatte.

Dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień **3.12.2019r.**, składania ofert do godz. 13:00, otwarcie ofert o godz. 13:15, przy czym miejsce pozostaje bez zmian.

Powyższe udzielone wyjaśnienia/doprecyzowania dokonane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 uPzp stanowią integralną część SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 uPzp na stronie Zamawiającego BIP.

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Anna Długosz

Zygmunt Achrem